

АКТ № 23 от 31.03.2022г.

Место составления:

МС ООО «ЭТАЛОН СТАНДАРТ», г. Грозный, ул. Г.Н. Трошева 7

Комиссия в составе:

1. Начальник метрологической службы – Абкаров Р.С.
2. Главный инженер – Ковраев Р.Х.

Произведен осмотр и анализ оборудования:

1. Счетчик газа ВК G25; Зав. № 32974585, показания V - 216039 м3

Перечень выявленных замечаний: Нехарактерный скрип механизма

1. Выявлено загрязнение измерительной камеры

Произведено техническое обслуживание прибора:

1. Чистка и продувка измерительной камеры
2. Опробование работы расходомера
3. Повторная поверка не проводилась
4. Замечаний в работе не выявлено

Начальник МС



Абкаров Р.С.